



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.02.000.М.000349.09.14 ОТ 23.09.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, согласно приложению

ООО "СМК"; Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 1., Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА"; Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 1., Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)". СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 20-2750-330 от 25.08.2014 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области". Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 23.09.2019 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2569551 **О. М. МИКАЙЛОВА**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.М.000349.09.14 ОТ 23.09.2014 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. ООО "СМК"; Московская область, г. Химки, ул. Маяковского, д. 1.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.

Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:

Рентгеновский диагностический кабинет расположен цокольном этаже отдельно стоящего двухэтажного нежилого здания, процедурная - 23,0 кв. м., комната управления - 7,1 кв. м., кабинет врача - 12,7 кв. м.:

- комплекс рентгенодиагностический "ECLIPSE" № А05416; выпуск - 2011 г., монтаж - 2011 г.;

рентгенологические диагностические исследования, анодное напряжение - 100 кВ,

- система маммографическая "МХ-600" № GMA-112305-50311; выпуск - 2011 г., монтаж - 2011 г.;

рентгенологические диагностические маммографические исследования, анодное напряжение - 40 кВ,

- аппарат рентгеновский портативный "PORT-X II" № GD-011718-20312; выпуск - 2012 г., монтаж - 2012 г.;

рентгенологические диагностические дентальные исследования, анодное напряжение - 60 кВ.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О. М. МИКАЙЛОВА